Spécifications

- Poids maximal supporté : 220 kg
- Hauteur totale : 990 mm
- Largeur totale : 620 mm (gamme 598) et 670 mm (gamme 598X)
- Hauteur du siège : 510 mm
- Hauteur siège – dossier : 440 mm

Informations sur les conditions de garantie

Les chaises percées/de douche de la gamme 598 de Days Healthcare sont garanties un an à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication et de matériel. En cas de détection d'un défaut, veuillez contacter votre fournisseur/revendeur.

La garantie ne couvre pas les coûts résultant d'un défaut logistique, en particulier les frais de transport, la perte de revenus, les frais supplémentaires, etc.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage ou toute blessure causé(e) par une mauvaise utilisation du produit ou le non respect des instructions exposées précédemment.

Days Healthcare Ltd. ne peut être tenu responsable de tout dommage ou toute blessure causé(e) par l'utilisation erronée ou dangereuse des chaises.

e-mail : info@dayshealthcare.com

D/N : C1-031-01

CHAISE PERCÉE/DE DOUCHE ATLANTIC

09 116 7493

09 116 7501

www.performancehealth.fr

Chaise percée/de douche gamme 598 Days Healthcare
Guide de l'utilisateur

INTRODUCTION

Les chaises de la gamme 598 Atlantic peuvent être utilisées seules en dehors des toilettes ou au dessus d'un siège de toilettes standard, lorsqu'elles sont équipées de roues. Composées de tubes en acier revêtus de matière plastique et équipées de roulettes en plastique, d'un siège avec découpe et d'éléments uniquement en plastique, elles sont parfaitement adaptées à une utilisation sous la douche.
Chaque modèle est livré avec une cuvette en plastique accessible par l'arrière de la chaise, un dossier à clips, un siège avec découpe et des accoudoirs détachables, pouvant être relevés ou abaissés afin de faciliter l'accès et l'assise de côté.

FONCTIONNEMENT

Roulettes

Chaque modèle est équipé de quatre roulettes avec frein. Afin d'éviter toute rotation ou tout pivotement, placez le levier de chaque roulette vers le bas. Afin de débloquer les roulettes, placez leurs leviers vers le haut.

- **AVERTISSEMENT ! -** *Assurez-vous que les roulettes sont bien tournées vers l'avant et bloquées par les freins lors de la montée et de la descente de la chaise. Malgré l'application des freins, un risque de glissement de la chaise subsiste, notamment sur sol lisse ou en cas de basculement vers l'avant par l'utilisateur.*
  La montée et la descente de la chaise doivent être réalisées sous surveillance.

Accoudoirs

Les accoudoirs multifonction peuvent être relevés, abaissés ou retirés pour un accès plus aisé au siège. La douille frontale permet de maintenir l'accoudoir en position. Afin de débloquer l'accoudoir, appuyez sur le levier en plastique situé à l'arrière et retirez l'accoudoir de la douille en le levant. Afin de retirer l'accoudoir de la douille arrière, appuyez sur le bouton à ressort situé à l'arrière et levez l'accoudoir.

- **AVERTISSEMENT ! –** *Assurez-vous que le bouton à ressort et le clip de blocage frontal sont verrouillés dans la bonne position avant utilisation.*

Repose-pieds

Disponible uniquement sur certains modèles.
Levez le repose-pieds jusqu'à ce qu'il se trouve en position verticale afin de faciliter la montée et la descente de la chaise.

- **AVERTISSEMENT ! –** *Ne vous tenez jamais debout sur le repose-pieds lors de la montée et de la descente de la chaise.*

Retirer la cuvette

La cuvette de la chaise percée est située sous le siège. Elle est accessible par l'arrière. Pour la retirer ou la mettre en place, faîtes-la glisser depuis l'arrière du siège.

Entretien

La conception des chaises percées/de douche de la gamme 598 de Days Healthcare permet de réduire au minimum l'entretien et de faciliter le remplacement des pièces modulaires pour une longue durée de vie.
Vérifiez quotidiennement avant utilisation le bon fonctionnement des freins et des roulettes.
Assurez-vous que toutes les fixations et attaches sont bien bloquées et que le siège et le dossier sont fermement maintenus en position par les clips.
En cas d'endommagement d'une pièce, veuillez contacter le revendeur de la chaise afin d'obtenir les pièces de rechange et les instructions concernant leur installation.

Nettoyage

Afin de nettoyer la chaise, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux. Utilisez un détergent neutre universel et de l'eau chaude. La chaise peut être placée sous un robinet d'eau coulant à faible pression ou sous un jet de douche afin de faciliter son nettoyage.
Afin d'éviter toute décoloration, n'utilisez pas un abrasif dur ou un produit de nettoyage à base de javellisant.
Afin de désinfecter la chaise, procédez au nettoyage comme précisé ci-dessus, puis essuyez-la à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution sèche composée d'hypochlorite, rincez et séchez.
Le dossier et le siège percé peuvent être débloqués et retirés afin de faciliter le nettoyage.

www.performancehealth.fr